


+HELORA

CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

INHALATEUR À POUDRE SÈCHE

NOVOLIZER



PRÉPARATION DU NOVOLIZER©

1. Enlever le couvercle supérieur du Novolizer©.
2. Appuyer légèrement sur les surfaces nervurées situées des 2 côtés du couvercle, pousser celui-ci vers le haut puis le retirer.
3. Retirer le film protecteur en aluminium de l'emballage de la cartouche.
4. Insérer la cartouche dans le Novolizer© en orientant le compteur face à l'embout buccal.
5. Replacer le couvercle sur le Novolizer©.

Ne pas appuyer sur le bouton doseur pendant l'insertion de la cartouche.



UTILISATION

1. Enlever le capuchon protecteur du Novolizer©.
2. Enfoncer le bouton poussoir jusqu'à l'audition d'un « double clic ».
→ La fenêtre de contrôle doit passer du rouge au vert.
3. Expirer lentement en dehors de l'inhalateur.
4. Placer l'embout buccal entre les dents et fermer hermétiquement les lèvres autour.
5. Inspirer rapidement et profondément par la bouche jusqu'à l'audition d'un « clic ».
→ La fenêtre de contrôle doit redevenir rouge.
Un goût sucré peut être ressenti en bouche.
6. Bloquer la respiration et réaliser une apnée de 10 sec.
7. Expirer calmement hors de l'inhalateur.
8. Replacer le capuchon protecteur.
9. Vérifier le compteur-doseur afin de s'assurer qu'une dose a bien été déduite.
10. Répéter la procédure en fonction du nombre de puffs prescrits par le médecin.

Toujours tenir le Novolizer© horizontalement.

Faire boire l'enfant ou brosser les dents après l'utilisation d'un corticoïde (Budésônide©).

Remplacer le dispositif lorsque le compteur-doseur est à zéro.



NETTOYAGE

QUAND ?

Une fois par semaine.

COMMENT ?

1. Enlever le capuchon protecteur.
2. Retirer l'embout buccal.
3. Retourner le Novolizer©.
4. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les résidus de poudre.
5. Essuyer le bouchon et l'embout buccal à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.
6. Remonter les pièces de l'inhalateur.
7. Replacer le capuchon protecteur.

Ne pas utiliser d'eau ni de détergent.



CONTACT



Hôpital de Nivelles

Rue Samiette 1
1400 Nivelles



Prise de rendez-vous

067 88 52 11



Facebook
CHU HELORA : Nivelles & Tubize



Instagram
chu_helora



Youtube
CHUHELORA

